



Endereço: RUA DR. PIO PRADO, 285
Cidade: SANTO ANTONIO DO ARACANGUA

P.M. de Santo Antonio do Aracangua

CEP: 16130-000 Bairro: CENTRO
Fone: (18) 3639-9000 Fax: (18) 3639-9029 CNPJ: 59764399000120

RELATÓRIO DE ANEXO DE EDITAL

Processo: 190/2018
Modalidade: PREGÃO

Nº Licitação: 12

Anexo I

Item	Especificação	Unidade	Quantidade
1	CADEIRA ODONTOLOGICA COMPLETA (EQUIPO/SUGADOR/ REFLETOR) - COMANDO: PEDAL - CUBA: PORCELANA/ CERÂMICA - UNIDADE AUXILIAR: 1 PONTA - SERINGA TRIPLICE: POSSUI - MICRO MOTOR: NAO POSSUI - CANETA DE ROTAÇÃO: NÃO POSSUI - CONTRA ANGULO: NÃO POSSUI - PEÇA RETA: NÃO POSSUI - EQUIPO: ACOPLADO PNEUMÁTICO - REFLETOR : MULTIFOCAL (MAIS DE UMA INTENSIDADE) - CABECEIRA: BIARTICULADA - TERMINAIS: ATÉ 3	JNIDADE	2
2	COMPRESSOR ODONTOLÓGICO - POTÊNCIA: 1,0 HP - CAPACIDADE: DE 30 A 40 LITROS	JNIDADE	4
3	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA (ATÉ 75 LITROS) - CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO :AÇO INOXIDÁVEL - MODO DE OPERAÇÃO: DIGITAL - CAPACIDADE ATÉ 25 LITROS	JNIDADE	3
4	FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS - TIPO: LED COM FIO	JNIDADE	2
5	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL - ILUMINAÇÃO: HALOGÊNIO - HASTE: FLEXÍVEL	JNIDADE	1
6	ARMARIO VITRINE - NÚMERO DE PORTAS: 02 PORTAS - MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO / FERRO PINTADO - LATERAIS DE VIDRO: POSSUI	JNIDADE	1
7	MESA DE EXAMES - POSIÇÃO DO LEITO: FIXO - MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO / FERRO PINTADO - ACESSÓRIO(S): SUPORTE PARA PAPEL	JNIDADE	15
8	CARRO DE CURATIVOS - MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO INOXIDÁVEL - ACESSÓRIO(S): BALDE E BACIA	JNIDADE	1
9	CARRO PARA MATERIAL DE LIMPEZA - MATERIAL DE CONFECÇÃO: POLIPROPILENO - BALDE ESPREMEDOR: POSSUI- - KIT C/ MOPs LÍQUIDO E PÓ, PLACA SINALIZ. E PÁ: POSSUI - SACO DE VINIL: POSSUI	JNIDADE	1
10	CENTRIFUGA LABORATORIAL - TIPO: PARA TUBOS - MÍN. 04 AMOSTRAS - TECNOLOGIA: DIGITAL	JNIDADE	2
11	CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE - MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO / FERRO PINTADO - BRAÇADEIRA: REGULÁVEL	JNIDADE	1
12	CARRO MACA SIMPLES - MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO INOXIDÁVEL - SUPORTE DE SORO: POSSUI - GRADES LATERAIS: POSSUI - ACESSÓRIO(S): COLCHONETE	JNIDADE	2
13	CILINDRO DE GASES MEDICINAIS - MATERIAL DE CONFECÇÃO: ALUMÍNIO - SUPORTE COM RODÍZIOS: NÃO POSSUI - ACESSÓRIO(S): VÁLVULA, MANÔMETRO E FLUXÔMETRO - CAPACIDADE: MÍN. 03 L ATÉ 10 L	JNIDADE	11

**P.M. de Santo Antonio do Aracangua**

Endereço: RUA DR. PIO PRADO, 285

CEP: 16130-000

Bairro: CENTRO

Cidade: SANTO ANTONIO DO ARACANGUA

Fone: (18) 3639-9000

Fax: (18) 3639-9029 CNPJ: 59764399000120

RELATÓRIO DE ANEXO DE EDITAL**Processo: 190/2018****Nº Licitação: 12****Modalidade: PREGÃO**

14	CADEIRA DE RODAS PARA OBESO - MATERIAL DE CONFECÇÃO; AÇO / FERRO PINTADO - BRAÇOS; FIXO - PÉS; FIXO - ELEVAÇÃO DE PERNAS; POSSUI - SUPORTE DE SORO; POSSUI	JNIDADE	1	
15	OXIMETRO DE PULSO - TIPO: PORTÁTIL (DE MÃO) - CURVA PLESTIMOGRÁFICA; NÃO POSSUI - SENSOR DE SpO2; 01	JNIDADE	1	
16	ELETROCARDIOGRAFO - NÚMERO DE CANAIS; 12 - BATERIA INTERNA; POSSUI - TELA LCD NÃO; POSSUI - MEMÓRIA; POSSUI - SUPORTE COM RODÍZIOS; NÃO POSSUI - LAUDO INTERPRETATIVO; POSSUI - SOFTWARE PARA EXAME EM COMPUTADOR NÃO; POSSUI	JNIDADE	1	
17	OTOSCÓPIO - NÚMERO DE CANAIS; 12 - BATERIA INTERNA; POSSUI - TELA LCD; NÃO POSSUI - MEMÓRIA ; POSSUI - SUPORTE COM RODÍZIOS; NÃO POSSUI - LAUDO INTERPRETATIVO; POSSUI - SOFTWARE PARA EXAME EM COMPUTADOR; NÃO POSSUI	JNIDADE	1	
18	ESTADIOMETRO - MATERIAL DE CONFECÇÃO/ ESCALA MÍNIMA; ALUMÍNIO / 0 a 210 cm	JNIDADE	1	
19	CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE IMUNOBIOLOGICOS SISTEMA DE REGISTRO DE DADOS; NÃO POSSUI SISTEMA DE EMERGÊNCIA (BATERIA/ NO BREAK); MÍNIMO DE 24 HORAS - MATERIAL DE CONFECÇÃO (GABINETE EXTERNO); AÇO / FERRO PINTADO - MATERIAL DE CONFECÇÃO (GABINETE INTERNO); POLIPROPILENO - TEMPERATURA; ENTRE +2º C E + 8º C - PORTA; VIDRO DUPLO - CAPACIDADE; MÍNIMO DE 120 LITROS (VERTICAL) - DISCADOR DE EMERGÊNCIA; NÃO POSSUI - CIRCULAÇÃO DE AR FORÇADO; POSSUI - CONTRA PORTA; POSSUI	JNIDADE	3	